
– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –

Rua Getúlio Vargas, 149 - Centro - Arcos (MG) CEP: 35588-000 - Fonefax (0XX37) 3351-1875
e-mail: fms@twister.com.br – CNPJ: 02.666.567/0001-27

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 605/2020
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº196/2020
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2020

Objeto: Registro de Preço para Serviço de locação de equipamentos para o Hospital Municipal São José.

O processo em referencia foi deflagrado em termo requisitório pela Secretaria municipal de saúde. Autuação realizada e autorização do prefeito municipal para atendimento ao termo e parecer jurídico para publicação do mesmo. Houve também ampla divulgação do edital.

A empresa Scanlab Diagnóstica Ltda apresentou tempestivamente, dia 08/12/2020, impugnação ao edital, argumentando em síntese sobre os parâmetros de equipamentos.

I- DA ANALISE:

Sendo o questionamento da impugnação referente a item constante do termo requisitório, foi solicitando ao setor requisitante posição sobre ao assunto. O Secretário Municipal de saúde respondeu ao questionamento com base no email enviado pela responsável do Laboratório do Hospital São José onde define que deverá manter as especificações.

II- CONCLUSÃO:

Vistos e analisados os argumentos da impugnação ao edital por parte da empresa Scanlab Diagnóstica Ltda, a diretora de licitações decide por negar provimento a impugnação, mantendo a data de abertura do certame para 10/12/2020 as 10:00 horas.

Arcos, 09 de dezembro de 2020.



HELEN CRISTINA BATISTA
DIRETORA DE LICITAÇÕES

Assunto **Locação de Aparelho**
De Laboratório Municipal de Arcos
<laboratorio.saude@arcos.mg.gov.br>
Para Helen Batista - Compras/licitações Saúde
<hbatista@arcos.mg.gov.br>
Data 2020-12-09 08:43



1- Solicitamos que sejam modificadas as características indicadas nos itens abaixo , conforme abaixo:

- Item 01 – Locação de aparelho de Hemograma: Possuir volume de aspiração de amostra de no Maximo 50 ul SUGERIMOS alterar o item para volume de aspiração de no máximo 165 ul no sistema fechado e aberto

- Item 02 - Locação de aparelho de Bioquímica : onde se lê : Consumo de Água 1 litro/hora, SUGERIMOS s aumentar o consumo para 20 litros de água uma vez que quanto maior o número de cubetas fixas de vidro ou quartzo a bordo, maior e eficácia na limpeza, maior o volume de água consumido, sem prejuízo para a performance do equipamento

- Reagente 80 posições e possibilidade de 06 frascos de tamanho diferente SUGERIMOS alterar para a reagente a partir de 76 posições e 03 frascos de tamanho diferente.

Helen com relação as alterações sugeridas pelo outro Locatário,quanto ao aparelho de Hematologia não acho viável pois necessitará de uma amostra maior de sangue pois trabalhamos com pacientes de difícil acesso venoso(crianças, idosos , pacientes com câncer, etc.).

Quanto ao aparelho de Bioquímica ele consome muito mais água que o atual que não acho viável.

--

Laboratório Municipal de Arcos
Tel.: (37) 3351-4872