



## **TERMO DE REFERÊNCIA n° 39/2023**

**Da:** Secretaria Municipal de Saúde

**Para:** Departamento de Licitação

**Encaminhamento:** Departamento de Suprimentos e Departamento de Licitações

**1 - Assunto:** Aquisição de materiais e equipamentos hospitalares para Secretaria de Saúde.

**2 - Objeto:** Formalização de **Processo Licitatório na modalidade de Registro de preço** para aquisição de material hospitalar para atender as demandas do Hospital Municipal São José, Atenção Primária e demandas judiciais do Município de Arcos/MG.

**3 - Critério de Julgamento:** Menor Preço por Item;

**4 - Justificativa:**

4.1 - Essa aquisição justifica-se pela essencialidade dos equipamentos hospitalares na prestação dos serviços assistenciais aos pacientes, pois são considerados equipamentos estratégicos de suporte às ações de saúde.

4.2 - A aquisição dos equipamentos hospitalares consiste em um conjunto de procedimentos pelos quais se efetiva a compra de produtos da saúde estabelecidos na programação, com o objetivo de disponibilizá-los em quantidade, qualidade e menor custo, visando manter a regularidade no atendimento ao paciente e o funcionamento da unidade hospitalar Hospital Municipal São José e da Atenção Primária. O processo deve garantir o fornecimento dos equipamentos que atendam aos critérios de qualidade e prazo de entrega satisfatória.

4.3 - Usar equipamentos e materias novos resulta em uma série de benefícios para os gestores, profissionais e pacientes. Ou seja, contar com esses itens contribui para um atendimento mais eficiente e eficaz ao público. A segurança do paciente é a principal responsabilidade de quem trabalha com vidas, e a alta qualidade dos aparelhos é o que garante essa segurança. Esses equipamentos e materiais são fundamentais para salvar uma vida através do suporte prestado em uma unidade de urgência e emergência e também para as atividade das Unidades básicas de Saúde.

4.4 - A quantidade estimada pode ser aumentada ou diminuída devido a vários fatores, pois a unidade funciona como um Pronto Atendimento e Pronto Socorro do município de Arcos, sendo porta aberta a quaisquer necessidades de atendimentos da população. Entre os fatores que podem alterar as estimativas são: alteração do corpo clínico, surto de doenças, endemias e pandemias (mesmo sendo previsível podem apresentar sintomas diferentes a cada ano), pandemias como observadas nos anos anteriores,



inclusão de novos procedimentos por parte dos médicos, pacientes que demoram a ser transferidos para unidade de alta complexidade e permanecem na unidade até que a vaga seja aceita e outros.

4.5 - A unidade hospitalar tem a responsabilidade de fornecer materiais e equipamentos hospitalares em quantidades suficientes e condições adequadas, pois a aquisição dos mesmos é extremamente importante para o bom funcionamento do hospital em relação à assistência direta ou indireta prestada as pacientes. Devido a unidade ser 100% por custos do município a Prefeitura Municipal de Arcos tem por responsabilidade disponibilizar os mesmos, de acordo com a necessidade e demanda.

4.6 - Sendo que alguns destes materias são para atender algumas demanda Judicias do Municipio de Arcos. (anexo)

### 5 - Da Especificação do Objeto:

Item	Qtd	Descrição do Produto	Unidade de Medida
1.	02	TECNOLOGIA FOTOTERMOGRÁFICO (LASER SECO) IMAGENS A LASER DE QUALIDADE DRYVIEW • VERDADEIRA TECNOLOGIA A LASER • 508 PIXELS DE LASER POR POLEGADA • ESPAÇAMENTO DE PONTOS LASER DE 50 MÍCRONS • ARQUITETURA DE PROFUNDIDADE DE 14 BITS DE PIXEL RENDIMENTO • TEMPO PARA A PRIMEIRA IMPRESSÃO: 100 SEGUNDOS • ATÉ 70 FILMES POR HORA: 35 X 43 CM (14 X 17 POL.) • ATÉ 110 FILMES POR HORA 20 X 25 CM (8 X 10 POL.) DIMENSÕES • ALTURA: 66,6 CM (26,2 POL.) • LARGURA: 62,6 CM (24,6 POL.) • PROFUNDIDADE: 64,9 CM (25,5 POL.) • PESO: 175 LBS (79 KG) AMBIENTE OPERACIONAL • TEMPERATURA: 15 A 33°C (59 A 91°F) • UMIDADE: 20 A 80% DE UMIDADE RELATIVA, SEM CONDENSAÇÃO • CAMPO MAGNÉTICO: < 50 GAUSS • ALTITUDE: - 30 A 3.000 M (-100 A 9.800 PÉS) FILME DA IMPRESSORA LASER DRYVIEW • BASE DE POLIÉSTER DE 7 MIL, AZUL OU TRANSPARENTE • FILMES EMBALADOS QUE PODEM SER CARREGADOS NA LUZ AMBIENTE (125 LÂMINAS) • VIDA ÚTIL DO FILME ARQUIVADO DE MAIS DE 100 ANOS PARA APLICAÇÕES EXIGENTES (ONCOLOGIA, MAMOGRAFIA, PEDIATRIA, ETC.) • IMAGENS IMPRESSAS DE FILMES COM PADRÃO DMAX 3.1 DMX – DMAX 3.0 BASE AZUL – BASE TRANSPARENTE FILME PARA IMPRESSORA LASER DRYVIEW PARA MAMOGRAFIA • FILMES EMBALADOS QUE PODEM SER CARREGADOS NA LUZ AMBIENTE (125 LÂMINAS) • VIDA ÚTIL DO FILME ARQUIVADO DE MAIS DE 100 ANOS • PERMITE IMAGENS DMAX IMAGES 3.6 MAIS ALTAS COM O FILME 4.0 DMAX DA DVM COM FILME DVM+ OPÇÕES DE	Unidade



# Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 -Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900  
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

		<p>TAMANHOS DE FILMES • A IMPRESSORA LASER DRYVIEW 5950 PERMITE O USO DOS SEGUINTE TAMANHOS DE FILMES: 35 X 43 CM (14 X 17 POL.) 35 X 35 CM (14 X 14 POL.) 28 X 35 CM (11 X 14 POL.) 25 X 30 CM (10 X 12 POL.) 20 X 25 CM (8 X 10 POL.)</p> <p>CONTROLE AUTOMÁTICO DA QUALIDADE DA IMAGEM (AIQC) • SEM PROCEDIMENTOS DE CALIBRAGEM DO FILME NEM INICIALIZAÇÃO MANUAL • GARANTE A MESMA QUALIDADE EM CADA UM DOS FILMES • AUTOMÁTICO, SEM QUALQUER INTERVENÇÃO DO USUÁRIO ENERGIA • 90-130 VAC; 50/60 HZ; MÁXIMO DE 9 AMPS • 180-264 VAC; 50/60 HZ; MÁXIMO DE 4,5 AMPS CONECTIVIDADE DE REDE • A INTERFACE DICOM INTEGRADA PERMITE A IMPRESSÃO A PARTIR DE MODALIDADES DICOM • INCORPORADA, SEM PRECISAR DE UM SERVIDOR DICOM SEPARADO • CONECTE MODALIDADES NÃO DICOM USANDO OS GERENCIADORES DE IMAGENS MÉDICAS DE LINKS CARESTREAM PACS CONEXÃO DE REDE • CONEXÃO DE ETHERNET BASE-T DE 10/100/1000 À IMPRESSORA • CONEXÃO DE REDE POR CABO CAT5 UTP COM TERMINAÇÃO EM UM PLUGUE RJ-45</p> <p>IDIOMAS DO USUÁRIO DISPONÍVEIS: • CHINÊS • GREGO • ESLOVACO (SIMPLIFICADO) • ITALIANO • ESPANHOL • INGLÊS • JAPONÊS • TURCO • FRANCÊS • POLONÊS • RUSSO • ALEMÃO • PORTUGUÊS</p>	
2.	08	<p>IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA IMPERMEÁVEL BACHAL ADULTO. ADAPTÁVEL EM PRANCHA DE MADEIRA OU POLIETILENO EM ESPUMA COM TIRAS PARA FIXAÇÃO NA PRANCHA. CONFECCIONADO EM NYLON IMPERMEÁVEL, COMPOSTO POR DUAS ALMOFADAS COM ORIFÍCIO PARA VERIFICAÇÃO DO OUVIDO, UMA FRONHA (BASE) COM VELCRO PARA FIXAR AS DUAS ALMOFADAS, DUAS FITAS PARA FIXAR O EQUIPAMENTO NA PARTE SUPERIOR DA MACA E MAIS DUAS PARA PODER AJUSTAR E FIXAR AS ALMOFADAS (TESTA E QUEIXO). EQUIPAMENTO TRANSLÚCIDO AO RAIOS X.</p>	Unidade
3.	02	<p>CENTRÍFUGA DE BANCADA PARA LABORATÓRIO, COM CAPACIDADE PARA 84 TUBOS 13 MM X 75 MM OU 13 MM X 100 MM. 60 TUBOS 13 MM X 75 MM OU 13 MM X 100 MM. 48 TUBOS 16 MM X 100 MM OU 12 ML URINA. 30 TUBOS 17 MM X 120 MM – 15 ML (TAMPA DE PRESSÃO OU COM ROSCA). 6 TUBOS 50 ML. 6 TUBOS TF TEST®. 36 MICROTUBOS. 2 MICROPLACAS. MOTOR EM LIGA DE AÇO ESPECIAL COM SISTEMA HORIZONTAL DE 6 PORTA TUBOS . COM CONTROLE DIGITAL , INDICADOR DIGITAL DE FORÇA CENTRÍFUGA EM G E RPM REGULÁVEL DE 1 EM 1 RPM. COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO NA TAMPA , VOLTAGEM DE</p>	Unidade



# Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900  
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

		110 OU 220 VOLTS , COM VELOCIDADE PROGRAMADA DE 180 A 3200 RPM OU 180 A 3400 RPM.	
4.	04	<p>PRANCHA PARA IMOBILIZAÇÃO INFANTIL EM POLIETILENO -</p> <p>CARACTERÍSTICAS GERAIS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● CONFECCIONADA EM POLIETILENO</li><li>● PROJETADA PARA O TRANSPORTE MANUAL DE VÍTIMAS DE ACIDENTES;</li><li>● POSSIBILITA O RESGATE NA ÁGUA E EM ALTURA;</li><li>● DIMENSIONADA PARA SUPORTAR VÍTIMAS COM PESO DE APROXIMADAMENTE 120KG;</li><li>● TRANSLÚCIDA PARA USO EM RAIOS-X E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA;</li><li>● IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA IMPERMEÁVEL BACHAL;</li><li>● POSSUI ABERTURAS ESPECÍFICAS PARA FACILITAR A IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA;</li><li>● POSSUI CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO, QUE GARANTE A COMODIDADE E INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA E REALIZAR O TRANSPORTE ADEQUADO E ZELOSO DO PACIENTE.</li><li>● DIMENSÕES APROXIMADAS: 127 CM (C) X 42 CM (L) X 5CM (A);</li><li>● PESO APROXIMADO: 3,460 KG.</li></ul>	Unidade
5.	05	MÁSCARA LARÍNGEA - DESCRIÇÃO: FABRICADA 100% EM SILICONE GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX, REFORÇADA EM ESPIRAL, RESISTENTE À TORÇÃO OU DOBRAS, COM BARRAS DE PROTEÇÃO PARA OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DE EPIGLOTE E ENGATE RÁPIDO PARA SERINGA. TAMANHOS VARIADOS DE 01 ATÉ 05 (POR KIT)	Unidade
6.	02	CPAP - DEFINIÇÕES: APARELHO DE VENTILAÇÃO COM PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA, COM AJUSTE AUTOMÁTICO DE PRESSÃO AUTOSSET, UMIDIFICAÇÃO INTEGRADA COM UMIDIFICADOR HUMIDAIR, TRATAMENTO CONECTADO, DADOS AVANÇADOS PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO, TEMPO DE RAMPA AUTOMÁTICO, ALÍVIO DE PRESSÃO EXPIRATÓRIA (APE), MENU COLORIDO EM UM DISPLAY LCD, MOTOR COM EASY-BREATHE ULTRA SILENCIOSO E SENSOR DE LUZ COM MÁSCARA INFANTIL E NEONATOLÓGICA. -SENSOR DE LUZ	Unidade
7.	04	BOUGIE - DESCRIÇÃO: BOUGIE PARA INTUBAÇÃO TRAQUEAL ADULTO, PARA USO COM TUBOS TRAQUEAIS ENTRE 5.5MM A 10,0MM, CARACTERÍSTICAS: COMP 70 CM / ESPESSURA 5,0 MM, REUTILIZÁVEL APÓS ESTERILIZAÇÃO. COMPOSIÇÃO:	Unidade



# Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900  
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

		POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, EXTREMIDADE PROXIMAL RETA E A DISTAL ANGULADA EM APROXIMADAMENTE 35 GRAUS.	
8.	15	ESPAÇADOR - DESCRIÇÃO: O ESPAÇADOR ADULTO E INFANTIL BI-VALVULADO COMPOSTO POR CÂMARA PARA INALAÇÃO, FABRICADA EM MATERIAL ATÓXICO, POSSUI CÂMERA COM CAPACIDADE DE 250ML, ENCAIXE UNIVERSAL COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL EM SILICONE, PARA EVITAR DESPERDÍCIO DE MEDICAMENTO. PORTÁTIL, É REUTILIZÁVEL E TOTALMENTE LAVÁVEL, PODENDO SER DESMONTADO PARA HIGIENIZAÇÃO, COM MÁSCARAS NO TAMANHO P, M E G.	Unidade
9.	01	LARINGOSCÓPIO ÓPTICO COM CÂMERA - DESCRIÇÃO: LARINGOSCÓPIO ÓPTICO DE FORMATO ANATÔMICO, PARA REALIZAÇÃO DE INTUBAÇÕES OROTRAQUEAIS POR GUIA DE CÂMERA E ILUMINAÇÃO, COM LÂMINA NO TAMANHO GRANDE (7.0 A 8.5, DE MATERIAL REUTILIZÁVEL CÂMERA WIFI, ADAPTADOR PARA SMARTPHONE E CONEXÃO PARA ENDO CAMS.	Unidade
10.	1	LARINGOSCÓPIO ÓPTICO COM CÂMERA - DESCRIÇÃO: LARINGOSCÓPIO ÓPTICO DE FORMATO ANATÔMICO, PARA REALIZAÇÃO DE INTUBAÇÕES OROTRAQUEAIS POR GUIA DE CÂMERA E ILUMINAÇÃO, COM LÂMINA NO TAMANHO GRANDE (4.0 A 5.5), DE MATERIAL REUTILIZÁVEL CÂMERA WIFI, ADAPTADOR PARA SMARTPHONE E CONEXÃO PARA ENDO CAMS.	Unidade
11.	30	TUBO 3,5 SEM BALONETE - DESCRIÇÃO: TUBO 3.5 DO TIPO SEM BALÃO, TAMANHO 14FR, DIÂMETRO INTERNO 3.5, EXTERNO 4.9 EM MATERIAL ATÓXICO, NÃO PIROGÊNICO DE USO ÚNICO, EM TUBO PVC, SEM MANGUITO, COM CONECTOR EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL.	Unidade
12.	10	TUBO 3,0 SEM BALONETE - DESCRIÇÃO: TUBO 3.0 DO TIPO SEM BALÃO, TAMANHO 12FR, DIÂMETRO INTERNO 3.0, EXTERNO 4.2 EM MATERIAL ATÓXICO, NÃO PIROGÊNICO DE USO ÚNICO, EM TUBO PVC, SEM MANGUITO, COM CONECTOR EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL.	Unidade
13.	50	CATETER NASAL DE ALTO FLUXO - SUPORTE RESPIRATÓRIO NÃO INVASIVO QUE OFERECE OXIGÊNIO AQUECIDO E UMIDIFICADO EM FLUXO DE ATÉ 60 L/MIN E FIO2 DE ATÉ 1,0. ALÉM DISSO, APESAR DE SER UM SISTEMA ABERTO OFERECE PEQUENA PRESSÃO POSITIVA NAS VIAS AÉREAS (ESTIMA-SE QUE PARA CADA AUMENTO DE FLUXO DE 10 L/MIN, AUMENTE 0,69 CM H2O DE PRESSÃO SE BOCA FECHADA E 0,35 CM H2O SE BOCA ABERTA).	Unidade
14.	02	HOOD - TAMANHO P SENDO 2 UNIDADES POR TAMANHO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM	Unidade



# Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900  
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

		ACRÍLICO TRANSPARENTE, PERMITINDO COMPLETA VISUALIZAÇÃO DO PACIENTE, SEM CANTOS VIVOS, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. CORPO CILÍNDRICO COM TRÊS ABERTURAS: UMA PARA PESCOÇO E DUAS PEQUENAS PARA EVITAR O ACÚMULO DE GÁS CARBÔNICO. TAMPA SUPERIOR REMOVÍVEL, COM ORIFÍCIO PARA ENTRADA DE CABOS E TUBOS. VÁLVULA DE ADMISSÃO NA PARTE TRASEIRA, COM DEFLETOR PARA DISTRIBUIÇÃO DO OXIGÊNIO ADMITIDO, EVITANDO A INCIDÊNCIA DIRETA SOBRE O PACIENTE. TAMANHOS: PEQUENO, CAPACETE TIPO CAPUZ P/ OXIGENAÇÃO (HOOD) MATERIAL ACRÍLICO.	
15.	02	HOOD - TAMANHO M SENDO 2 UNIDADES POR TAMANHO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, PERMITINDO COMPLETA VISUALIZAÇÃO DO PACIENTE, SEM CANTOS VIVOS, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. CORPO CILÍNDRICO COM TRÊS ABERTURAS: UMA PARA PESCOÇO E DUAS PEQUENAS PARA EVITAR O ACÚMULO DE GÁS CARBÔNICO. TAMPA SUPERIOR REMOVÍVEL, COM ORIFÍCIO PARA ENTRADA DE CABOS E TUBOS. VÁLVULA DE ADMISSÃO NA PARTE TRASEIRA, COM DEFLETOR PARA DISTRIBUIÇÃO DO OXIGÊNIO ADMITIDO, EVITANDO A INCIDÊNCIA DIRETA SOBRE O PACIENTE. TAMANHOS: MÉDIO, CAPACETE TIPO CAPUZ P/ OXIGENAÇÃO (HOOD) MATERIAL ACRÍLICO.	Unidade
16.	02	HOOD - TAMANHO G SENDO 2 UNIDADES POR TAMANHO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, PERMITINDO COMPLETA VISUALIZAÇÃO DO PACIENTE, SEM CANTOS VIVOS, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. CORPO CILÍNDRICO COM TRÊS ABERTURAS: UMA PARA PESCOÇO E DUAS PEQUENAS PARA EVITAR O ACÚMULO DE GÁS CARBÔNICO. TAMPA SUPERIOR REMOVÍVEL, COM ORIFÍCIO PARA ENTRADA DE CABOS E TUBOS. VÁLVULA DE ADMISSÃO NA PARTE TRASEIRA, COM DEFLETOR PARA DISTRIBUIÇÃO DO OXIGÊNIO ADMITIDO, EVITANDO A INCIDÊNCIA DIRETA SOBRE O PACIENTE. TAMANHOS: GRANDE, CAPACETE TIPO CAPUZ P/ OXIGENAÇÃO (HOOD) MATERIAL ACRÍLICO.	Unidade
17.	50	CATETER NASAL RECÉM NASCIDO - DESCRIÇÃO: CATETER EM MATERIAL DE SILICONE, DE USO DESCARTÁVEL NOS TAMANHOS PEDIÁTRICO: - MEDIDA INTERNA DO PRONG.: 2,59MM, - MEDIDA INTERNA DA CONEXÃO: 5,42MM, - MEDIDA EXTERNA DO PRONG.: 3,38MM, - MEDIDA EXTERNA DA CONEXÃO:	Unidade



# Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900  
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

		11,24MM; INFANTIL: - MEDIDA INTERNA DO PRONG.: 1,45MM, - MEDIDA INTERNA DA CONEXÃO: 5,89MM, - MEDIDA EXTERNA DO PRONG.: 1,98MM, - MEDIDA EXTERNA DA CONEXÃO: 11,28M; NEONATAL: - MEDIDA INTERNA DO PRONG.: 0,57MM, - MEDIDA INTERNA DA CONEXÃO: 5,74MM, - MEDIDA EXTERNA DO PRONG.: 1,53MM, - MEDIDA EXTERNA DA CONEXÃO: 11,60 MM. TAMANHO: 2,5M	
18.	05	MASCARA DE TRAQUEOSTOMIA - A MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA TEM A FUNÇÃO DE AUXILIAR A VENTILAÇÃO ASSISTIDA AO PACIENTE EM AR AMBIENTE UMIDIFICA OU UMIDIFICADO COM OXIGÊNIO, CONFECCIONADA EM PVC MACIO E TRANSPARENTE, POSSUI CÚPULA EM PVC TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO. KITS COM OS TAMANHOS ADULTOS E INFANTIL.	Unidade
19.	5	MASCARA DE TRAQUESTOMIA - A MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA TEM A FUNÇÃO DE AUXILIAR A VENTILAÇÃO ASSISTIDA AO PACIENTE EM AR AMBIENTE UMIDIFICADA OU UMIDIFICADO COM OXIGÊNIO, CONFECCIONADA EM PVC MACIO TRANSPARENTE, POSSUI CÚPULA EM PVC TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO. KITS COM TAMANHOS ADULTOS. COLORAÇÃO VERDE TRANSPARENTE CONECTOR GIRATÓRIO 360°, ACOMPANA EXTENSOR COM DOIS METROS	Unidade
20.	50	COPO UMIDIFICADOR DE AR - O COPO UMIDIFICADOR COMPREENDE UM RESERVATÓRIO DE PLÁSTICO, UM TUBO PARA POSSIBILITAR A PASSAGEM DAS PARTÍCULAS DE ÁGUA E UMA TAMPA DE NYLON, COM ENTRADA DO PRODUTO UNIVERSAL, PODENDO SER ADAPTADA A QUALQUER MODELO DE FLUXÔMETRO OU REGULADOR DE OXIGÊNIO, CAPACIDADE DE 250ML COM MARCAÇÃO DE NIVEL MÍNIMO E MÁXIMO. PRESSÃO DE TRABALHO: PRESSÃO DA REDE FLUXO MÁXIMO: DETERMINADO NO FLUXÔMETRO.	Unidade
21.	01	CAIXA PARA EXAMES RADIOGRÁFICOS " PÉ COM CARGA " COM PLATAFORMA DE SEGURANÇA POSSUI PLATAFORMA DE SEGURANÇA COM SUPORTE DE SUBIDA E APOIO PARA AS MÃOS DO PACIENTE CAIXA FABRICADA EM MADEIRA COM REVESTIMENTO DE CHUMBO E ACABAMENTO COM FÓRMICA . SUPORTE FABRICADO EM AÇO TRATADO E PINTADO. PARA USO COM CHASSI 24X 30 CM MEDIDAS :28 CM (ALT) X 27 CM ( LARG) X 32 CM ( COMP) SUPORTE :120 CM X 30 CM PESO:8,000 KG	Unidade
22.	1.550	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO LINOLEICO,	Frasco



# Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 -Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900  
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

		ÁCIDO OLEICO, ÁCIDO CAPRÍLICO, ÁCIDO CÁPRICO, ÁCIDO LÁURICO, ÁCIDO PALMÍTICO, ÁCIDO MIRÍSTICO, ÁCIDO ESTEÁRICO, PALMITATO DE RETINOL (VITAMINA A), ACETATO DE TOCOFEROL (VITAMINA E) E LECITINA DE SOJA. FRASCO DE 200 ML	
23.	180	PVP TÓPICO - FRASCO 1L	Unidade
24.	10.000	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 250 ML	Unidade
25.	15.000	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500 ML	Unidade
26.	130	ESCOVA CERVICAL PARA PREVENTIVO	Pacote
27.	1.000	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DE NÚMERO 06	Unidade
28.	65	LANCETAS PARA LANCETADOR (CAIXA COM 100 UN.)	Caixa
29.	10	CANULA ORIFARINGEA DE GUEDEL KIT COM 06 TAMANHOS	Kit
30.	100	KIT DE CATETER DUPLO LÚMEN PARA ACESSO VENOSO CENTRAL CVC 7FR X 20CM COM ACESSÓRIOS. DESCRIÇÃO: 1 CATETER DE POLIURETANO 7FFX 20CM PARA ACESSO VENOSOS CENTRAL 1 FIO GUIA 0.032" X 60CM COM AVANÇADOR ONESTEP ADVANCER 1 AGULHA 18GA X 7CM PARA INTRODUÇÃO DE FIO GUIA 0.026" A 0.038" 1 SERINGA DE 5ML COM AGULHA 30X7 1 DILATADOR DE VASO 1 ABA DE SUTURA 2 TAMPAS LUER 1 ABRAÇADEIRA EMBALAGEM UNITÁRIA ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO DA ANVISA	Kit
31.	50	KIT DE CATETER MONO LÚMEN PARA ACESSO VENOSO CENTRAL COM ACESSÓRIOS. DESCRIÇÃO: 1 CATETER DE POLIURETANO 16GX20CM PARA ACESSO VENOSOS CENTRAL 1 FIO GUIA EM J 3MM 0.032" X 60CM COM AVANÇADOR ONESTEP ADVANCER 1 AGULHA 16GA X 7CM PARA INTRODUÇÃO DE FIO GUIA 0.026" A 0.038" 1 SERINGA DE 5ML COM AGULHA 30X7 1 DILATADOR DE VASO 1 ABA DE SUTURA 2 TAMPAS LUER 1 ABRAÇADEIRA EMBALAGEM UNITÁRIA ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO DA ANVISA	Kit
32.	70	DRENO PENROSE N2 (PACOTE COM 12)	Pacote
33.	70	DRENO PENROSE N3 (PACOTE COM 12)	Pacote
34.	70	DRENO PENROSE N4 (PACOTE COM 12)	Pacote
35.	4.680	SONDA URETRAL Nº6 (MARCA EMBRAMED)	Unidade
36.	2.340	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL ESTÉRIL DE NÚMERO 06	Unidade
37.	2.040	COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL COM 10 UNIDADES	Pacote
38.	6.240	LUVA DE PLÁSTICO (TOQUE) ESTÉRIL DESCARTÁVEL	Unidade
39.	140	LUVA DE PROCEDIMENTO M	Caixa
40.	10	ROLO DE CARDARÇO CHATO DE ALGODÃO PARA FIXAÇÃO DA TRAQUEOSTOMIA	Rolo





# Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 -Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900  
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

41.	10	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SHILEY , PEDIÁTRICA, N.º 3,5 SE M CUFF ( MARCA COVIDIEN )	Unidade
42.	6	CANULA TRAQUEOSTOMIA SHILEY FLEXÍVEL REUTILIZÁVEL COM BALÃO 10.0 MM (MARCA COVIDIEN)	Unidade
43.	60	PONTEIRA PLÁSTICA PARA PIPETA DE 0 A 200 UI PACOTE C/1000 UNIDADES	Pacote
44.	120	AFASTADOR FARABEU SEM GARRAS 13 CM, AÇO INOXIDÁVEL	Unidade

**6 - Requisitos Necessários:** Documentação jurídica, fiscal, trabalhista e econômica-financeira.

## 7 - Documentação complementar:

7.1 - O licitante deverá apresentar 01(um) Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado em nome da licitante, comprovando ter fornecido, a contento, produtos similares ao ora licitado;

7.18.2.4. - Alvará Sanitário (Licença Sanitária) da empresa licitante, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou municipal.

8.2.5 –Autorização de funcionamento da ANVISA – AFE, ou dispensa do item caso tenha justificativa.

## 8 - Condições de Execução:

8.1 - A entrega deverá ser realizada no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos a partir do recebimento da ordem de compra;

8.2 - É obrigatório entregar a nota fiscal onde foi entregue a mercadoria e/ou encaminhados no e-mail do Fiscal do Contrato.

- [diretoriapa.saude@arcos.mg.gov.br](mailto:diretoriapa.saude@arcos.mg.gov.br) - Diretora Executiva Paula Emília Goulart Valent - Hospital Municipal São José

- [almoxarifado.saude@arcos.mg.gov.br](mailto:almoxarifado.saude@arcos.mg.gov.br) - Micheli Custódia Diniz - Almoxarifado Saúde

- [coordenacaoubs.saude@arcos.mg.gov.br](mailto:coordenacaoubs.saude@arcos.mg.gov.br) - Silvana Gomes Lima - Atenção Primária

8.3 - A entrega dos produtos será feita no Almoxarifado da Saúde – Rua Jarbas Ferreira Pires nº 33, segundo andar, Bairro Centro Arcos, MG, ou em outro endereço informado na Ordem de Compra, podendo ser no perímetro urbano do Município;

8.4 - O horário para prestação de serviço é de 7h as 16:00h, de segunda-feira a sexta-feira;



8.5 - A Secretaria Municipal de Saúde, não autorizará a entrega dos produtos fora do horário de funcionamento;

8.6 - A empresa ficará responsável pela entrega dos produtos, mesmo em locais que contenham mais de 1 (um) piso;

8.7 - No caso de reprovação do(s) produto(s), a empresa terá 02 (dois) dias corridos para regularização do mesmo. A retirada do produto é por conta da Contratada;

8.8 - Os produtos devem ser entregues com no máximo 1/3 (um terço) da validade transcorrido, sob pena de devolução;

**9 - Fiscalização do Contrato:** O CONTROLE, AVALIAÇÃO, VISTORIA E FISCALIZAÇÃO, ficará a cargo do Fiscal da ata de registro de preços a Sra. Micheli Custódia Diniz, Sr. Paula Emilia Goulart Valente e Silvana Gomes Lima, que terá a responsabilidade de realizar o recebimento, a contagem dos materiais entregues, a verificação de avaria ou produtos vencidos, a comparação de mercadorias recebidas com a descrição na autorização de compras a fim de perceber possíveis inconsistências nos itens recebidos, ficará a cargo do fiscal do contrato, podendo exigir informações adicionais a contratada.

Setor	Responsável:	Contato:	MASP	E-MAIL
Almoxarifado da Saúde	Micheli Custódia Diniz	(37) 3351-1706		almoxarifado.saude@arcos.mg.gov.br
Hospital Municipal São José	Paula Emilia Goulart Valente	(37)3351-4872		diretoriapa.saude@arcos.mg.gov.br
Atenção Primária	Silvana Gomes Lima	(37)3351-1875		coordenacaoubs.saude@arcos.mg.gov.br

O fiscal deverá certificar que a NAF foi cumprida.

A fiscalização representará o CONTRATANTE e terá as seguintes atribuições:

- Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc;
- Assegurar à empresa vencedora acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria;
- Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas;
- Coletar, se julgar necessário, amostra(s) de todos os itens, para realização de análise;
- Comunicar oficialmente à empresa vencedora quanto à rejeição do(s) produto(s);



- f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado;
- g) Exigir da empresa vencedora o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas;
- h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela empresa vencedora, de condições previstas neste instrumento;
- i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à empresa vencedora, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento;
- j) Solicitar a aplicação, nos termos da lei vigente, multa(s) à empresa vencedora;
- k) Instruir o(s) recurso(s) da empresa vencedora no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do CONTRATANTE;
- l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à fiscalização, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

Fica reservado a esta Administração em qualquer fase do certame, o direito de realizar testes que comprovem a qualidade do produto ofertado. Para tanto, o produto será submetido a análises técnicas pertinentes e ficam, desde já, cientes os licitantes de que o produto considerado insatisfatório em qualquer das análises será automaticamente recusado, devendo ser imediatamente substituído.

## **10 - Forma de Pagamento:**

10.1 - O CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da prestação do serviço e da apresentação do documento fiscal correspondente, acompanhado da respectiva ordem de execução de compra;

10.2 - Não será efetuado qualquer pagamento à contratada, em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.3 - É vedada a realização de pagamento antes da execução do serviço ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento;

10.4 - Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação das seguintes comprovações dos documentos: Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal e Certidão Negativa do Contribuinte Municipal.

## **11 - Condições Gerais:**

11.1 - É de total responsabilidade da empresa vencedora, durante a vigência da ata de registro de preços, informar com antecedência a administração pública qualquer alteração na situação cadastral (mudança de CNPJ e/ou



# **Prefeitura Municipal de Arcos**

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 -Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900  
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

---

alteração na Razão Social) da empresa, sob pena de suspensão dos créditos devidos até a regularização dos dados cadastrais.

11.2 - Reserva-se o direito da Contratante em não aceitar os produtos em desacordo com o previsto neste Termo de Referência ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93

**Em concordância com o Termo de Referência para aquisição de material e equipamentos hospitalar para uso do Hospital Municipal São José, Atenção Primária e demandas judiciais.**

Arcos, 10 de Agosto de 2023

**Micheli Custódia Diniz**  
Responsável – Almojarifado Saúde

**Paula Emilia Goulart Valente**  
Diretora Executiva - Hospital Municipal São José

**Silvana Gomes Lima**  
Diretora - Atenção Primária

**Tiago Carvalho de Oliveira**  
Secretario Municipal de Saúde