

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARCOS

RUA GETÚLIO VARGAS, 149 - FONE(FAX) (037)3351-1875 - ARCOS - MG

Resposta à diligência do Processo Licitatório 436/2020

Ao setor de licitações e contratos
Prefeitura Municipal de Arcos

Em consulta às informações publicadas no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) com intuito de avaliar os parâmetros de desempenho clínico de sensibilidade e especificidades, exigidos no edital no Processo Licitatório 436/2020 conclui-se que os kits de exames apresentados nas propostas 5, 7, 8 e 9 estão em acordo com as especificações. Já os apresentados nas propostas 1, 2, 3, 4, 6 e 10 não alcançam tais parâmetros.

Segue relação dos valores encontrados para os kits de exames de cada proposta.

	Registro MS	Nome do Produto	Fabricante	Parâmetros Exigidos	
				Sensibilidade	Especificidade
			>86,4%	>99,5%	
1	81325990117	Família Teste Rápido em Cassete 2019-nCoV IgG/IgM (sangue total/soro/plasma)	Acro Biotech Inc.	92,50%*	97,00%*
2	80954880135	COVID-19 IgG/IgM Combo ECO Teste	Eco Diagnostica Ltda.	96,00%*	98,50%*
3	81495930001	COVID-19(SARS-CoV-2) IgM/IgG Antibody Test Kit	Wuhan EasyDiagnosis Biomedicine Co., Ltd.	98,02%*	97,65%*
4	80451960214	Covid-19 IgG/IgM Test (Colloidal Gold Method)	Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd.	91,85%*	97,60%*
5	80002670107	INNOVITA COVID-19 IgG/IgM	INNOVITA (Tangshan) Technology Biológica Co., Ltd.	87,30%	100%
6	80560310056	MedTeste Coronavírus (COVID-19) IgG/IgM	Hangzhou Biotest Biotech Co., Ltd	92,10%*	98,95%*
7	80520090045	Kit de teste Covid-19	LMG Lasers Comércio, Importação e Exportação Ltda	93,75%*	100%*
8	80520090045	Kit de teste Covid-20	LMG Lasers Comércio, Importação e Exportação Ltda	93,75%*	100%*
9	80537410048	One Step COVID-2019 Test	Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.	86,43%	99,57%
10	81124120031	RAPID 2019-NCOV IGG/IGM COMBO TEST CARD	Xiamen Bosen Biotech Co., Ltd	94,44%	97,05%

*-Usada média aritmética simples para situações em que foram apresentados múltiplos valores para o mesmo parâmetro.

Arcos, 15 de setembro de 2020.

Robson Araújo de Andrade
Coordenador da Atenção Primária à Saúde
SECRETOR PSF
M.A.S.P: 1556320/3

Ângela Margarete Mendonça Costa Ribeiro
Coordenadora Municipal da Vigilância em Saúde

Ângela Margarete M. Costa
Enfermeira
COREN-MG 35035

João Júlio Cardoso

Secretário Municipal de Saúde

João Júlio Cardoso
SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE SAÚDE - ARCOS - MG

PROCESSO LICITATÓRIO 436/2020
TIPO: PREGÃO PRESENCIAL 122/2020
OBJETO: Aquisição de kit específico para o diagnóstico de covid -19 – teste rápido.

I – DAS PRELIMINARES

Trata o presente expediente de análise acerca da manifestação de intenção de interposição de recurso por Médica Comércio Representação de Produtos Hospitalares Ltda. manifestada na ata da sessão de abertura do processo em epígrafe na data de 24/08/2020.

Não houve protocolização de recurso tão pouco de contrarrazões.

II – DOS PRAZOS

A sessão do Pregão Presencial ocorreu no dia 24 de agosto de 2020. O prazo recursal de 03 (três) iniciou-se em 25/08/2020 e findou-se em 27/08/2020, às 18:00h..

O prazo de três dias para a oferta das razões se dá para que o licitante possa enriquecer seu recurso administrativo já formalizado através do registro de sua intenção e da motivação ofertada.

III – DO RESUMO DOS FATOS

Em síntese a intenção registrada em Ata pela empresa Médica Comércio Representação de Produtos Hospitalares Ltda. considera que o produto da empresa vencedora não atende as especificações exigidas no edital quanto a sensibilidade e a especificidade.

IV – DA ANÁLISE DOS FATOS

Cumprido dizer, desde logo, que as decisões tomadas no contexto deste processo licitatório, cujo instrumento convocatório é o Edital Pregão Presencial nº 122/2020, estão em perfeita consonância com o que manda a lei, tendo sido observada a submissão aos princípios da Legalidade e da Razoabilidade, da proporcionalidade, da economicidade dentre outros.

Não houve apresentação de recurso, todavia, é preciso analisar os fatos.

Após reexame baseado nas alegações da intenção de recurso exposta no item III da presente peça, a Pregoeira passa à análise sem julgamento de mérito.

Sendo o questionamento do recurso de caráter técnico, foi solicitado, do Setor Requisitante, posição sobre o assunto em tela.

O Setor Requisitante avaliou os parâmetros de desempenho clínico de sensibilidade e especificidade de cada kit ofertado, concluindo que alguns não estão em acordo com as exigências do edital, conforme documento emitido pela Secretaria Municipal de Saúde de Arcos, assinado por Robson Araújo de Andrade – Coordenador da Atenção Primária à Saúde, Ângela Margarete Mendonça Costa Ribeiro – Coordenadora Municipal da Vigilância em Saúde e João Julio Cardoso – Secretário Municipal de Saúde.

V – DA CONCLUSÃO E DECISÃO

Considerando os fatos narrados acima, em atenção à manifestação de intenção de interposição de recursos em Ata, acostado no relatório de avaliação das marcas ofertadas emitido pela Secretaria Municipal de Saúde de Arcos, assinado por Robson Araújo de Andrade – Coordenador da Atenção Primária à Saúde, Ângela Margarete Mendonça Costa Ribeiro – Coordenadora Municipal da Vigilância em Saúde e João Julio Cardoso – Secretário Municipal de Saúde. a pregoeira decide pela DESCLASSIFICAÇÃO das empresas Goyazes Biotecnologia Ltda., Distribuidora Paranhos Artigos para Laboratórios Ltda., Pleno Distribuidora Eireli, Medlevensohn

5

Comércio e Representações de Produtos Hospitalares Ltda. e Molecular Biotecnologia e Representação Ltda.; e informa a seguinte ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO APÓS AS DESCLASSIFICAÇÕES: 1º lugar: Renylab Química e Farmacêutica Ltda. – valor unitário do Kit R\$30,00, 2º lugar: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda. - valor unitário do kit R\$ 35,224; 3º lugar: Vera Lúcia Rodrigues Camelo - valor unitário do kit R\$36,33, 4º lugar: Médica Comércio Representação de Produtos Hospitalares Ltda - valor unitário do kit R\$39,90.

Visto que o envelope de nº 02 (documentos de habilitação) da empresa Renylab Química e Farmacêutica Ltda. não foi aberto na sessão do dia 24/08/2020, o processo será encaminhado ao Departamento de Licitações para convocação das licitantes para continuidade do certame.

Em data e horário definidos e divulgados pelo Departamento de Licitações será aberto o envelope da empresa Renylab Química e Farmacêutica Ltda. 1ª classificada, o qual encontra-se em poder da Pregoeira e Equipe de Apoio.

Arcos, 16 de setembro de 2020



Soráya de Melo Nogueira
Pregoeira