



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

*Mat.
Hospitalar
233 5/11*

TERMO DE REFERÊNCIA

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Departamento de Licitação

Encaminhamento: Pregoeira Ou Presidente Da Comissão Permanente Da Licitação

Assunto: Aquisição de Materiais Hospitalares para Secretaria de Saúde

Objeto: Formalização de **Processo Licitatório de Registro de preço** para Aquisição de Material Hospitalar, para atender as demandas da secretaria de saúde, do Município de Arcos/MG.

Justificativa: A formalização do processo tem por objetivo a aquisição de bens para Secretaria de saúde, para atendimento a serviços a serem realizados para o Município de Arcos/MG.

Da Especificação do Objeto:

Item	Descrição do Produto	Qnde de Serviço	Unidade de Medida
01	Abaixador de Língua – pacote c/100 unidades	800	pct
02	Ácido acético 2% - frasco c/1litro	100	fr
03	Solução a base de ácido peracético a 0,2% - frasco c/1 litro + Inibidor de corrosão – sachê de 14 gramas	50	kit
04	Ácidos Graxos Essenciais (Composição: Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Caprílico, Ácido Cáprico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ácido Esteárico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Acetato de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina de Soja) – frasco de 200 ml	1.500	fr
05	Água Oxigenada 10 vl – 1litro	200	fr
06	Agulha Descartável 13x4,5 – caixa c/100 unidades	600	cx
07	Agulha Descartável 20x5,5 – caixa c/100 unidades	400	cx
08	Agulha Descartável 25x6 – caixa c/100 unidades	50	cx
09	Agulha Descartável 25x7 – caixa c/100 unidades	600	cx
10	Agulha Descartável 25x8 – caixa c/100 unidades	600	cx
11	Agulha Descartável 40 x 16 – caixa c/100 unidades	50	cx
12	Agulha Descartável 40x12 – caixa c/100 unidades	800	cx



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

13	Álcool 70° / Álcool Etilico Hidratado 74,31°INPM – frasco c/ 500 ml	6.000	fr
14	Álcool Absoluto Filtrado 99,6° GL – frasco c/1 litro	300	fr
15	Álcool Iodado a 0,1% - frasco c/1 litro	240	fr
16	Algodão Hidrófilo absorvente – pacote c/500 gramas	800	pct
17	Algodão ortopédico 10 cm/ Atadura de algodão ortopédica 10cm x 1m - pacote c/12 unidades	200	pct
18	Algodão Ortopédico 15 cm / Atadura de Algodão Ortopédica 15cmx1,8m-100% algodão, sem feras, sem impurezas - apresentação cor branca - não pode ser material reciclável – pacote c/ 12 unidades	200	pct
19	Algodão Ortopédico 20cm / Atadura de Algodão Ortopédica 20cmx1,8m – pacote c/12 unidades	60	pct
20	Almotolia com capacidade de 125 ml (cor âmbar)	350	un
21	Almotolia com capacidade de 125 ml (transparente)	350	un
22	Almotolia com capacidade de 250 ml (cor âmbar)	350	un
23	Almotolia com capacidade de 250 ml (transparente)	350	un
24	Atadura de Crepom 6 cmx4,5m – pacote c/ 12 unidades	2.500	pct
25	Atadura de Crepom 15cm x 4,5m – pacote c/ 12 unidades	3.500	pct
26	Atadura de Crepom 20cm x 4,5m – pacote c/ 12 unidades	3.000	pct
27	Atadura Gessada 6cmx2m - caixa c/ 20 unidades	20	cx
28	Atadura Gessada 10cmx3m - caixa c/ 20 unidades	50	cx
29	Atadura Gessada 15cmx3m – caixa c/20 unidades	50	cx
30	Atadura Gessada 20cmx4 m – caixa c/20 unidades	20	cx
31	Caneta para eletrocardiograma V5 Hi-tecpoint extra fina cor preta	20	un
32	Cânula p/traqueostomia de PVC Esteio tamanho 03	10	un
33	Cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume nº 3,5mm, balão de controle, adaptador para seringas Luer e Luer-Lock, siliconada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, pl	10	un
34	Cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume nº 4mm, balão de controle, adaptador para seringas Luer e Luer-Lock, siliconada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, pl	10	un
35	Cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume nº 4,5mm, balão de controle, adaptador para seringas Luer e Luer-Lock, siliconada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, pl	10	un
36	Cânula externa para traqueostomia, com balão de	10	un



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

	baixa pressão e alto volume nº 5mm, balão de controle, adaptador para seringas Luer e Luer-Lock, siliconada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, pl		
37	Cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume nº 5,5mm, balão de controle, adaptador para seringas Luer e Luer-Lock, siliconada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, pl	10	un
38	Cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume nº 6mm, balão de controle, adaptador para seringas Luer e Luer-Lock, siliconada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, pl	10	un
39	Cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume nº 6,5mm, balão de controle, adaptador para seringas Luer e Luer-Lock, siliconada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, pl	10	un
40	Cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume nº 7mm, balão de controle, adaptador para seringas Luer e Luer-Lock, siliconada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, pl	10	un
41	Cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume nº 7,5mm, balão de controle, adaptador para seringas Luer e Luer-Lock, siliconada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, pl	10	un
42	Cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume nº 8mm, balão de controle, adaptador para seringas Luer e Luer-Lock, siliconada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, pl	10	un
43	Cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume nº 8,5mm, balão de controle, adaptador para seringas Luer e Luer-Lock, siliconada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, pl	10	un
44	Cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume nº 9mm, balão de	10	un



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

	controle, adaptador para seringas Luer e Luer-Lock, siliconada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, pl		
45	Cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume nº 9,5mm, balão de controle, adaptador para seringas Luer e Luer-Lock, siliconada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, pl	10	un
46	Cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume nº 10,0mm, balão de controle, adaptador para seringas Luer e Luer-Lock, siliconada, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, pl	10	un
47	Cateter intravenoso periférico (GELCO) Nº14	800	un
48	Cateter intravenoso periférico (GELCO) Nº16	800	un
49	Cateter intravenoso periférico (GELCO) Nº18	800	un
50	Cateter intravenoso periférico (GELCO) Nº20	4.000	un
51	Cateter intravenoso periférico (GELCO) Nº22	15.000	un
52	Cateter intravenoso periférico (GELCO) Nº24	20.000	un
53	Cateter endovenoso TREE-WAY	700	un
54	Cateter nasal Tipo Óculos Estéril	2.000	un
55	Colar cervical com apoio metoniano montado tam G	50	un
56	Colar cervical com apoio metoniano montado tam M	50	un
57	Colar cervical com apoio metoniano montado tam P	50	un
58	Colar cervical com apoio metoniano montado tam PP (INFANTIL)	50	un
59	Coletor de material perfurocortante com capacidade de 13 litros	2.000	un
60	Coletor de urina sistema fechado, esterilizado a oxido de etileno, descartável, capacidade 2000ml, confeccionado em material apropriado, com escala para medir o fluxo urinário, fundo achatado para completo esvaziamento do coletor, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação, procedência reembalado em caixa com 50 peças. BOLSA COLETORA 2000 ML COM ESCALAS DE GRADUAÇÃO PARA PEQUENOS E GRANDES VOLUMES, CONECTOR UNIVERSAL COM PONTO DE COLETA PARA AMOSTRA COM TAMPA PROTETORA, TUBO EXTENSOR, ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, PINÇA CORTA FLUXO, APOIO PARA DEAMBULAÇÃO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO E TUBO DE DRENAGEM.	800	un
61	Compressa Cirúrgica (Campo Operatório) 50x45cm – pacote c/ 50 unidades	720	pct



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

62	Detergente enzimático - galão de 05 litros	12	gal
63	Dreno Torácico Nº 16	6	un
64	Dreno Torácico Nº 22	10	un
65	Dreno Torácico Nº 24	10	un
66	Dreno Torácico Nº 26	10	un
67	Dreno Torácico Nº 28	10	un
68	Dreno Torácico Nº 30	10	un
69	Dreno Torácico Nº 32	20	un
70	Dreno Torácico Nº 34	20	un
71	Dreno Torácico Nº 36	20	un
72	Dreno Torácico Nº 38	10	un
73	Eletrodo de monitor cardíaco, descartável, dorso de papel microporoso, adesivo hipoalergênico na face interna, com adesividade garantida em presença de umidade, gel eletrolítico e presilha para encaixe, tamanho adulto – pacote c/50 unidades.	700	pct
74	Equipo macro com injeto lateral simples	50.000	un
75	Equipo micro gotas para soluções parenterais com injetor lateral	1.500	un
76	Equipo para alimentação enteral com conector escalonado descartável.	8.000	un
77	Equipo microgotas para transfusão de sangue com câmara graduada	200	un
78	Equipo para transfusão de sangue	300	un
79	Escova cervical para coleta de material do canal endocervical na versão estéril – pacote c/100 unidades	1.000	pct
80	Esparadrapo Impermeável – rolo c/ 10cmx4,5m	2.000	rl
81	Espátula de Ayres – pacote com 100 unidades	600	pct
82	Éter em Solução para Uso Hospitalar – frasco c/1 litro	120	fr
83	Extensor para equipo-conecta o dispositivo de controle de infusão-equipeo ao dispositivo de acesso venoso, scalp, cateter, material atóxico.	50	un
84	EXTENSOR PARA EQUIPO MULTIVIAS / DISPOSITIVO MULTIPLICADOR DE ACESSO VENOSO, LUER FÊMEA DE 2 VIAS, COM CLAMP DE FECHAMENTO RÁPIDO NAS VIAS/TAMANHO 18 CM	500	un
85	Espéculo Vaginal Descartável Tamanho P, sem Lubrificação	1.800	un
86	Espéculo Vaginal Descartável Tamanho M, sem Lubrificação	2.000	un
87	Espéculo Vaginal Descartável Tamanho G, sem Lubrificação	750	un
88	Esfigmomanômetro anaeróide com pedestal para uso em pacientes pediátricos. Especificações Técnicas Mínimas: Isento de mercúrio conforme resolução 239 da Secretaria de Saúde/SP de	2	un



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

	07/10/12 Aprovado pelo Inmetro (apresentar selo de verificação). Manômetro com escala ampla para fácil visualização e graduação de 0 a 300 mmHg. Divisão de escala em 2 mmHg. Bolsa de ar, pera e tubos conectores confeccionados em PVC. Válvula de metal cromado que permita retenção e esvaziamento de ar. 04 Braçadeiras em nylon homologadas pelo Inmetro, com fecho em velcro tamanho pediátrico (circunferência máxima entre 12 e 15 cm). Pedestal com compartimento incorporado para armazenamento da braçadeira e pêra,		
89	Esfigmomanômetro anaeróide com pedestal para uso em pacientes adulto-obesos. Especificações Técnicas Mínimas: •?Isento de mercúrio conforme resolução 239 da Secretaria de Saúde/SP de 07/10/12. •?Aprovado pelo Inmetro (apresentar selo de verificação). •?Manômetro com escala ampla para fácil visualização e graduação de 0 a 300 mmHg. •?Divisão de escala em 2 mmHg. •?Bolsa de ar, pera e tubos conectores confeccionados em PVC. •?Válvula de metal cromado que permita retenção e esvaziamento de ar. •?04 Braçadeiras em nylon homologadas pelo Inmetro, com fecho em velcro tamanho adultoobeso (circunferência máxima entre 41 e 50 cm). •?Pedestal com compartimento incorporado para armaze	5	un
90	Fio catgut cromado 1.0 – 75cm – 1/2 - 40mm – caixa c/ 24 unidades	10	CX
91	Fio catgut cromado 2.0 – 75cm - 3/8 25mm – caixa c/ 24 unidades	10	CX
92	Fio catgut cromado 3.0 - 75cm - 3/8 - 20mm – caixa c/ 24 unidades	10	CX
93	Fio catgut cromado 4.0 - 3/8 - 20mm – caixa c/ 24 unidades	10	CX
94	Fio catgut simples 2.0 - 3/8 - 35mm – caixa c/ 24 unidades	10	CX
95	Fio catgut simples 3.0 - 75cm - 3/8 - 25mm – caixa c/ 24 unidades	10	CX
96	Fio catgut simples 4.0 - 3/8 - 20 mm – caixa c/ 24 unidades	10	CX
97	Fio nylon 1-0 - 45 cm - 3/8 - 30mm – caixa c/ 24 unidades	20	CX
98	Fio nylon 2-0 - 45 cm - 3/8 - 20 mm – caixa c/ 24 unidades	30	CX
99	Fio nylon 2-0 - 45 cm - 3/8 - 30 mm – caixa c/ 24 unidades	30	CX
100	Fio nylon 3-0 – 45 cm - 3/8 - 20 mm – caixa c/ 24 unidades	30	CX
101	Fio nylon 3-0 - 45 cm - 3/8 - 30 mm – caixa c/ 24	30	CX



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 -Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

	unidades		
102	Fio nylon 4-0 - 45 cm - 3/8 - 20 mm – caixa c/ 24 unidades	30	cx
103	Fio nylon 4-0 - 45 cm - 3/8 - 30 mm – caixa c/ 24 unidades	30	cx
104	Fio nylon 6-0 - 45 cm - 3/8 - 20 mm – caixa c/ 24 unidades	30	cx
105	Fio nylon 6-0 - 45 cm - 3/8 - 30 mm – caixa c/ 24 unidades	30	cx
106	Fita Autoclave Adesiva – rolo c/19mmx30m	600	rl
107	Fita Micropore / Fita Cirúrgica Adesiva Hipoalergênica Micropore – rolo c/ 25mmx10m	6.000	rl
108	Formol para uso externo / Solução de Formol a 37% - frasco c/ 1 litro	48	fr
109	Fralda descartável geriátrica tamanho GG - pct c/7 unidades	350	pct
110	Fralda descartável adulta tamanho G – pacote c/ 8 unidades	300	pct
111	Fralda geriátrica descartável tamanho M – pacote c/ 8 unidades	150	pct
112	Fralda descartável geriátrica tamanho P- pacote com 10 unidades	150	pct
113	Frasco para alimentação enteral com capacidade de 300 ml	10.000	un
114	Gaze Hidrófila / Compressa de Gaze Hidrófila 13 Fios/cm2 - 7,5cmx7,5cm – pacote c/ 500 unidades	10.000	pct
115	Gaze Tipo Queijo / Atadura de Gaze Hidrófila 8 dobras 13fios/cm2 - pacote c/1 rolo de 91 cm x 91m	80	Pct
116	Gel para Eletrocardiógrafo - frs c/100ml	630	fr
117	Gel para ECG E ULTRASSOM - galão 05 litros	5	gal
118	Glicerina líquida – frasco c/1000ml	48	fr
119	Indicador biológico ,utilizados para monitorar ciclos de esterilização a vapor. Cada Indicador Biológico possui um disco de papel inoculado com esporos com uma população mínima de 105 ou 106 de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953. Esse disco é acomodado em um frasco termoplástico que servirá como frasco de cultura. O frasco também contém uma ampola de vidro quebrável contendo meio de cultura caseína de soja. A produção de ácido associada ao crescimento de esporos causa mudança de cor do meio de cultura de roxo para amarelo, facilitando a detecção do crescimento - caixa c/10 ampolas (em comodato com incubadora respectiva)	50	cx
120	KIT DE CATETER DUPLO LÚMEN PARA ACESSO VENOSO CENTRAL CVC 7FR X 20CM COM ACESSÓRIOS. DESCRIÇÃO: 1 cateter de	50	kit



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

	poliuretano 7Ffx 20cm para acesso venosos central 1 fio guia 0.032" x 60cm com avançador OneStep Advancer 1 agulha 18ga x 7cm para introdução de fio guia 0.026" a 0.038" 1 seringa de 5ml com agulha 30x7 1 dilatador de vaso 1 aba de sutura 2 tampas luer 1 abraçadeira Embalagem unitária esterilizada em óxido de etileno, com dados de identificação, número do lote, validade de esterilização e registro da ANVISA		
121	KIT DE CATETER MONO LÚMEN PARA ACESSO VENOSO CENTRAL COM ACESSÓRIOS. DESCRIÇÃO:1 cateter de poliuretano 16Gx20cm para acesso venosos central 1 fio guia em J 3mm 0.032" x 60cm com avançador OneStep Advancer 1 agulha 16ga x 7cm para introdução de fio guia 0.026" a 0.038" 1 seringa de 5ml com agulha 30x7 1 dilatador de vaso 1 aba de sutura 2 tampas luer 1 abraçadeira Embalagem unitária esterilizada em óxido de etileno, com dados de identificação, número do lote, validade de esterilização e registro da ANVISA	50	kit
122	Lamina de bisturi Nº11 - Caixa c/100 unidades	50	cx
123	Lamina de bisturi Nº15 - Caixa c/100 unidades	50	cx
124	Lamina de bisturi Nº 24 - Caixa c/100 unidades	50	cx
125	Lamina microscopia fosca não lapidada (para exames cpatologicos) cx.c/50 un	100	cx
126	Lençol descartável – rolo c/ 70cm x 50m	200	rl
127	Luva Cirúrgica Esterelizada nº7 – pct c/ 1 par	2.000	pct
128	Luva Cirúrgica Esterelizada nº7,5 - pct c/ 1 par	2.000	pct
129	Luva Cirúrgica Esterelizada nº8 – pct c/1 par	600	pct
130	Luva de Látex para Procedimento EP – caixa c/ 100 unidades	2.000	cx
131	Luva de Látex para Procedimento G – caixa c/ 100 unidades	600	cx
132	Luva de Látex para Procedimento M – caixa c/ 100 unidades	3.000	cx
133	Luva de Látex para Procedimento P – caixa c/ 100 unidades	2.000	cx
134	Malha tubular ortopédica 10cm x 15 metros Confeccionada em tecido 100% algodão; - Elasticidade no sentido transversal com enrolamento uniforme em toda sua extensão; - Compressão uniforme em toda sua extensão para manter a proteção do membro; - Alta resistência	30	rlo
135	Malha tubular ortopédica 06cm x 15 metros Confeccionada em tecido 100% algodão; - Elasticidade no sentido transversal com enrolamento uniforme em toda sua extensão; - Compressão uniforme em toda sua extensão para manter a	30	rlo



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

	proteção do membro; - Alta resistencia		
136	Malha tubular ortopédica 08cm x 15 metros Confeccionada em tecido 100% algodão; - Elasticidade no sentido transversal com enrolamento uniforme em toda sua extensão; - Compressão uniforme em toda sua extensão para manter a proteção do membro; - Alta resistência	20	rolo
137	Malha tubular ortopédica 20cm x 15 metros Confeccionada em tecido 100% algodão; - Elasticidade no sentido transversal com enrolamento uniforme em toda sua extensão; - Compressão uniforme em toda sua extensão para manter a proteção do membro; - Alta resistência	20	rolo
138	Máscara com 3 camadas com proteção anti-vírus com elástico branca descartável – pacote c/100 unidades	1.000	pct
139	Máscara de venturi, confeccionada em material siliconizado, transparente, flexível, atóxico com elástico para ajuste facial e orifícios superiores, traquéia, 6 conectores coloridos para diferentes concentrações de % de FIO2, copo em plástico rígido transparente com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio. Livre de látex.ADULTO	50	kit
140	Máscara de proteção contra vírus e tuberculose PFF2	1.000	un
141	Máscara Nebulização Adulto / Conjunto Micro Nebulizador p/ Inalação Individual I-205 conector 9/16" Adulto	100	un
142	Máscara Nebulização Infantil / Conjunto Micro Nebulizador p/ Inalação Individual I-205 conector 9/16" Infantil	100	un
143	Máscara de Alta Concentração de Oxigênio com reservatório Composto por: Máscara de Oxigênio de Alta Concentração (tamanho Adulto), Tubo de Oxigênio 2,10 m e Bolsa Reservatório	100	un
144	A Máscara de Alta Concentração de Oxigênio com reservatório Composto por: Máscara de Oxigênio de Alta Concentração (tamanho infantil), Tubo de Oxigênio 2,10 m e Bolsa Reservatório.	50	un
145	Papel Grau Cirúrgico tamanho 600mm x 100m – rolo de 600mm x 100 metros	80	rl
146	Papel Grau Cirúrgico tamanho 100mm x 100m – rolo de 100mm x 100 metros	60	rl
147	Papel Grau Cirúrgico tamanho 200mm x 100m – rolo de 200mm x 100 metros	50	rl
148	Papel para eletrocardiograma 48x30 t16 – rolo de 48mm x 30m	50	rl
149	Papel para eletrocardiograma 58x30 t16 – rolo de 58mm x 30m	50	rl



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

150	Papel para ECG 216X30 – rolo de 216mm x 30m	100	rl
151	Papel para Eletrocardiograma ECG com tamanho de 80mmx30metros – rolo de 80mm x 30m	100	rl
152	PVPI Degermante – frasco c/ 1 L	180	fr
153	PVPI Tópico – frasco c/ 1 L	180	fr
154	Sabonete Líquido para uso tópico anti-séptico hospitalar - Triclosano 0,5% - frasco c/1 L	1.500	fr
155	Sapatilha(propé) de TNT descartável - pacote c/100 unidades	100	pct
156	Scalp 19 G - Dispositivo para Infusão Endovenosa	500	un
157	Scalp 21 G - Dispositivo para Infusão Endovenosa	20.000	un
158	Scalp 23 G - Dispositivo para Infusão Endovenosa	40.000	un
159	Scalp 25 G - Dispositivo para Infusão Endovenosa	7.000	un
160	Scalp 27 G - Dispositivo para Infusão Endovenosa	300	un
161	Seringa descartável c/ Agulha curta 8,0x0,3mm fixa de uso único p/ insulina U- 100, 1ml/1cc	10.000	un
162	Seringa Descartável sem Agulha 10ml com bico luer slip	50.000	un
163	Seringa Descartável sem Agulha 20ml com bico luer slip	50.000	un
164	Seringa Descartável sem Agulha 3ml com bico luer slip	45.000	un
165	Seringa Descartável sem Agulha 5ml com bico luer slip	50.000	un
166	Solução de Shiller 2% - frasco c/ 1 litro	216	fr
167	Sonda de aspiração traqueal nº 04	500	un
168	Sonda de aspiração traqueal nº06	500	un
169	Sonda de aspiração traqueal nº 08	2.500	un
170	Sonda de aspiração traqueal nº 10	500	un
171	Sonda de aspiração traqueal nº12	500	un
172	Sonda de aspiração traqueal nº14	500	un
173	sonda de aspiração traqueal nº16	500	un
174	Sonda de Folley Siliconada 2v 30cc esteril nº 06	50	un
175	Sonda de Folley Siliconada 2v 30cc esteril nº 08	80	un
176	Sonda de Folley Siliconada 2v 30cc esteril nº 10	100	un
177	Sonda de Folley Siliconada 2v 30cc esteril nº 12	100	un
178	Sonda de Folley Siliconada 2v 30cc esteril nº 14	200	un
179	Sonda de Folley Siliconada 2v 30cc esteril nº 16	300	un
180	Sonda de Folley Siliconada 2v 30cc esteril nº 18	300	un
181	Sonda de Folley Siliconada 2v 30cc esteril nº 20	300	un
182	Sonda de nutrição enteral N°10	200	un
183	Sonda de nutrição enteral N°12	200	un
184	Sonda Gástrica nº 04 tubo de PVC atoxico flexível , siliconizado, apresenta 4 furos e conector c/ tampa , 1,2 m comp	50	un
185	Sonda Gástrica nº 06 tubo de PVC atoxico flexível , siliconizado, apresenta 4 furos e conector c/ tampa , 1,2 m comp	50	un



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 -Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

186	Sonda Gástrica nº08 tubo de PVC atoxico flexível , siliconizado, apresenta 4 furos e conector c/ tampa , 1,2 m comp	100	un
187	Sonda Gástrica nº 10 tubo de PVC atoxico flexível , siliconizado, apresenta 4 furos e conector c/ tampa , 1,2 m comp	70	un
188	Sonda Gástrica nº 12 tubo de PVC atoxico flexível , siliconizado, apresenta 4 furos e conector c/ tampa , 1,2 m comp	70	un
189	Sonda Gástrica nº 14 tubo de PVC atoxico flexível , siliconizado, apresenta 4 furos e conector c/ tampa , 1,2 m comp	70	un
190	Sonda Gástrica nº 16 tubo de PVC atoxico flexível , siliconizado, apresenta 4 furos e conector c/ tampa , 1,2 m comp	70	un
191	Sonda Gástrica nº 18 tubo de PVC atoxico flexível , siliconizado, apresenta 4 furos e conector c/ tampa , 1,2 m comp	70	un
192	Sonda Gástrica nº 20 tubo de PVC atoxico flexível , siliconizado, apresenta 4 furos e conector c/ tampa , 1,2 m comp	70	un
193	Sonda Uretral Nº04	100	un
194	Sonda Uretral Nº06	200	un
195	Sonda Uretral Nº08	6.000	un
196	Sonda Uretral Nº10	2.000	un
197	Sonda Uretral Nº 12	16.000	un
198	Sonda Uretral Nº 14	500	un
199	Sonda Uretral Nº 16	500	un
200	Soro Glicofisiológico (SORO FISIOLÓGICO +GLICOSE) FRS C/250ML	1.000	fr
201	Soro Glicofisiológico (SOROFISIOLÓGICO+GLICOSE) FRS C/500ML	1.000	Fr
202	Tala Ortopédica para dedo tamanho 10X2 PCT C/12 UN	20	pct
203	Tala Ortopédica para dedo tamanho 12X180MM PCT C/12 UN	20	pct
204	Tala ortopedica imobilizadora Tamanho 30x8cm modelo Talafix grade metálica moldavel, forrada com espuma de poliuretano EVA, fácil, amuseio.	100	un
205	Tala ortopedica imobilizadora Tamanho 53x8cm modelo Talafix grade metálica moldavel, forrada com espuma de poliuretano EVA, fácil, amuseio.	100	un
206	Tala ortopedica imobilizadora Tamanho 63x9cm modelo Talafix grade metálica moldavel, forrada com espuma de poliuretano EVA, fácil, amuseio.	100	un
207	Tala ortopedica imobilizadora Tamanho 86x10cm modelo Talafix grade metálica moldavel, forrada com espuma de poliuretano EVA, fácil, amuseio.	100	un
208	Termômetro Clínico Oval	400	un



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

209	Termômetro Digital p/geladeira interno e externo c/função máxima e mínima	50	un
210	Termômetro Clínico digital: faixa de medição: 32 c a 42 c, resolução: 0, 1 c, precisão: +/- 0, 2 c, função auto- desligamento após 10 minutos, alimentação: 01 pilha de 1, 5 volts lr41 (tipo botão).	50	un
211	Teste penetração de vapor, teste químico, livre de chumbo, que contém reativo químico atóxico, . Trata-se de um teste de verificação e detecção de gases não condensáveis e bolhas de ar em autoclaves com bombas de vácuo, no ciclo de esterilização. CX. C/50 TESTES	5	cx
212	Tintura de Benjoim – frasco c/ 1 Litro	180	fr
213	Tiras Reativas para Glicoteste p/detecção de níveis de glicose de 20 A 500MG/DLEM SANGUE CAPILAR (em comodato aparelho de glicosímetro respectivo) – caixa c/ 50 testes	1.000	cx
214	Touca Descartável com Elástico Branca – pacote c/ 100 unidades	200	pct
215	Tubo endotraqueal de PVC estéril nº 2 s/balão	50	un
216	Tubo endotraqueal de PVC estéril nº 2,5 s/balão	50	un
217	Tubo endotraqueal de PVC estéril nº 3 c/balão	50	un
218	Tubo endotraqueal de PVC estéril nº 3,5 c/balão	50	un
219	Tubo endotraqueal de PVC estéril nº 4 c/balão	100	un
220	Tubo endotraqueal de PVC estéril nº 4,5 c/balão	100	un
221	Tubo endotraqueal de PVC estéril nº 5 c/balão	60	un
222	Tubo endotraqueal de PVC estéril nº 5,5 c/balão	60	un
223	Tubo endotraqueal de PVC estéril nº 6 c/balão	60	un
224	Tubo endotraqueal de PVC estéril nº 6,5 c/balão	60	un
225	Tubo endotraqueal de PVC estéril nº 7 c/balão	200	un
226	Tubo endotraqueal de PVC estéril nº 7,5 c/balão	200	un
227	Tubo endotraqueal de PVC estéril nº 8 c/balão	100	un
228	Tubo endotraqueal de PVC estéril nº 8,5 c/balão	100	un
229	Tubo endotraqueal de PVC estéril nº 9 c/balão	50	un
230	Tubo de látex (Garrote) calibre 200, hospitalar não estéril – pacote c/15 metros	30	pct
231	Tubo de silicone (Garrote) calibre 203, hospitalar não estéril – pacote c/15 metros	30	pct
232	Tubo de silicone (Garrote) calibre 204, hospitalar não estéril – pacote c/15 metros	30	pct
233	Vaselina Líquida – frasco c/1 Litro	48	fr

Requisitos Necessários: Toda documentação necessária estará contida no Edital, no site da Prefeitura Municipal de Arcos.

Condições de Execução:



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

A entrega deverá ser realizada no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento da ordem de compra.

É obrigatório entregar a nota fiscal junto com a entrega do produto. Não serão aceitas notas fiscais enviadas por email para fim de recebimento.

A entrega dos produtos será feita no Almojarifado da Saúde – Rua Jarbas Ferreira Pires nº 33, segundo andar, Bairro Centro Arcos, MG, ou em outro endereço informado na Ordem de Compra, podendo ser no perímetro urbano e zona rural do Município.

O horário de funcionamento para entrega é de 7h as 11h e de 13h as 16h, de segunda-feira a sexta-feira, ou outro horário estipulado na ordem de compra.

A Secretaria requisitante, não irá autorizar a entrega fora do horário de funcionamento.

A empresa ficará responsável pela entrega dos produtos, mesmo em locais que contenham mais de 1 (um) piso.

No caso de reprovação do produto, a empresa terá 05 (cinco) dias corridos para regularização do mesmo. A retirada do produto é por conta da Contratada.

Os produtos devem ser entregues com no máximo 1/3 (um terço) da validade transcorrido, sob pena de devolução. Para itens como maquinas e equipamentos, deverá ter garantia de pelo menos 6 (seis) meses pelo fornecedor a partir da data de entrega.

A entrega dos produtos será parcelada, de acordo com a demanda de cada Secretaria, informado na ordem de compra.

Gestão e Fiscalização do Contrato: O CONTROLE, AVALIAÇÃO, VISTORIA E FISCALIZAÇÃO, ficará a cargo do fiscal do contrato, indicado pelo Secretário Responsável por cada Secretaria, onde poderá exigir informações adicionais que julgue necessário desde que a solicitação seja feita por escrito. Se o secretário não designar o gestor de contrato de sua respectiva secretaria, ele mesmo será o gestor.

Forma de Pagamento: O CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da entrega do produto e da apresentação do documento fiscal correspondente, acompanhado da respectiva ordem de compra.

Não será efetuado qualquer pagamento à contratada, em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

É vedada a realização de pagamento antes da entrega do produto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.

Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação das seguintes comprovações dos documentos: Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal e Certidão Negativa do Contribuinte Municipal.

As condições completas para pagamento estarão contidas no edital.



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

Condições Gerais:

É de total responsabilidade da empresa vencedora, durante a execução do contrato, informar com antecedência a administração pública qualquer alteração na situação cadastral (mudança de CNPJ e/ou alteração na Razão Social) da empresa, sob pena de suspensão dos créditos devidos até a regularização dos dados cadastrais.

Reserva-se o direito da Contratada em não aceitar o serviço em desacordo com o previsto neste Termo de Referência ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

Arcos, 26 de Junho de 2020.

João Júlio Cardoso
Secretário Municipal de Saúde