

Assunto **Re: Fwd: ARCOS, MG - SOLICITAÇÃO
ESCLARECIMENTOS PREGÃO PRESENCIAL
087/2019 DIA 06/08/2019**

De Licitações Arcos <arcoslicita@arcos.mg.gov.br>

Para Comercial XService <comercial@xservice.com.br>

Data 2019-07-29 09:35



As manutenções preventivas serão repassadas no cronograma ao licitante vencedor de acordo com as quantidades previstas no edital. Exemplo: se são 02 - aí a periodicidade é semestral, se são 4 a periodicidade trimestral e assim por diante.

Ja as manutenções corretivas serão solicitadas de acordo com a necessidade. As quantidades são estimadas.

ja os itens 6 e 7

6: 01 DIRECT VIEW / LASER 5850 CARESTREAM

7: 01 DIRECT VIEW CARESTREAM CASSIC R

são equipamentos que é de nosso hospital.

Se quiser maiores informações, pode ligar no 37-3351-4872 e até fazer uma visita para verificar os equipamentos, querendo, procure a Administradora do hospital Aline Arantes.

Em 2019-07-26 17:02, Comercial XService escreveu:

hor(e)(a)s, boa tarde.

XSERVICE MANUTENÇÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI, com sede na Rua Piranhas, n.º 36, CEP 30.770-540, Bairro Caiçara, Belo Horizonte, MG, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.817.955/0001-85, por seu representante legal, Sr. **TEODOMIRO DIAS DE OLIVEIRA FILHO**, vem requerer ESCLARECIMENTOS sobre o Edital do Pregão cujas referências seguem abaixo:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 087019
TIPO -MENOR PREÇO POR LOTE
DATA DA ABERTURA : 06/08/2019
HORA DA ABERTURA: 8:30 HORAS

No objeto, consta que : ... manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças... Qual a periodicidade dessa manutenção preventiva? (mensal, trimestral, semestral, anual)

Sobre o lote 02, o qual nos interessa, favor nos informar sobre os itens:

6: 01 DIRECT VIEW / LASER 5850 CARESTREAM

7: 01 DIRECT VIEW CARESTREAM CASSIC R

São peças que pertencem ao mamógrafo ou ao RX ou até ao Ultrassom? Ou são equipamentos próprios?

Obrigado.

Atenciosamente,

Geraldo Magela
X Service Ltda
31 3403 2324

comercial@xservice.com.br

----- Forwarded message -----

De: **Comercial XService** <comercial@xservice.com.br>

Date: sex, 26 de jul de 2019 às 16:45

Subject: ARCOS, MG - SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTOS PREGÃO PRESENCIAL_ 087/2019 DIA 06/08/2019

To: <hbatista@arcos.mg.gov.br>, <mfreitas@arcos.mg.gov.br>

Senhor(e)(a)s, boa tarde.

XSERVICE MANUTENÇÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI, com sede na Rua Piranhas, n.º 36, CEP 30.770-540, Bairro Caiçara, Belo Horizonte, MG, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.817.955/0001-85, por seu representante legal, Sr. **TEODOMIRO DIAS DE OLIVEIRA FILHO**, vem requerer ESCLARECIMENTOS sobre o Edital do Pregão cujas referências seguem abaixo:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 087019
TIPO -MENOR PREÇO POR LOTE
DATA DA ABERTURA : 06/08/2019
HORA DA ABERTURA: 8:30 HORAS

No objeto, consta que : ... manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças...
Qual a periodicidade dessa manutenção preventiva? (mensal, trimestral, semestral, anual)

Sobre o lote 02, o qual nos interessa, favor nos informar sobre os itens:

6: 01 DIRECT VIEW / LASER 5850 CARESTREAM

7: 01 DIRECT VIEW CARESTREAM CASSIC R

São peças que pertencem ao mamógrafo ou ao RX ou até ao Ultrassom? Ou são equipamentos próprios?

Obrigado.

Atenciosamente,

Geraldo Magela

X Service Ltda

31 3403 2324

comercial@xservice.com.br



Livre de vírus. www.avast.com.