

Assunto Re: Fwd: Esclarecimento
De Robson enfermeiro <robsonenfermeiro.saude@arcos.mg.gov.br>
Para Licitações Arcos <arcoslicita@arcos.mg.gov.br>
Data 2020-09-16 16:03
Prioridade Alta

Boa tarde,

Conforme consta na descrição, trata-se de uma câmara fria vertical, com porta de vidro com abertura horizontal, ou seja abre para o lado. Quanto a dúvida a respeito dos racks, sim, neste caso são o mesmo que prateleiras.

Atenciosamente

Robson Araújo Andrade
Enfermeiro
(37) 3351-1875 - ramal 205

Em 2020-09-16 14:11, Licitações Arcos escreveu:

----- Mensagem original -----

Assunto:Esclarecimento
Data:2020-09-15 09:40
De:"Caspex A.C" <caspex.comercial@gmail.com>
Para:arcoslicita@arcos.mg.gov.br

Bom dia!

Esclarecimentos:

No edital temos a seguinte informação, que não está fazendo sentido, câmara vertical e depois diz com porta de abertura Horizontal.
Afinal câmara e porta são vertical ou horizontal?
Aonde diz racks pra adiconamento de vacinas, seria prateleiras?
Fico no aguardo de esclarecimentos

Câmara para Conservação de
Imunobiológicos. Câmara/ geladeira para
conservação e armazenamento científico
de imunobiológicos e/ ou outros materiais
termolábeis. Capacidade interna de no
mínimo 80 litros. Gabinete externo tipo
vertical, construído em chapas de aço

galvanizadas e tratadas quimicamente, para evitar processos de corrosão, com revestimento de pintura epóxi. Montado sobre chassi metálico e sapatas niveladoras roscadas. Gabinete interno construído de aço inoxidável dotados de no mínimo 02 racks para acondicionamento das vacinas. Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade. Porta de vidro transparente com abertura horizontal, vedação

--

Atenciosamente,

Leonir Ranieri

Grupo Caspex

caspex.comercial@gmail.com

Tel: +55 11 2381-9235

Cel: +55 11 95981-7523

Skype: caspex.comercial

www.caspex.com.br

Grupo Caspex - Os melhores Negócios para sua Empres