

– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –

Rua Getúlio Vargas, 149 - Centro - Arcos (MG) CEP: 35588-000 - Fonefax (0XX37) 3351-1875
e-mail: fms@twister.com.br – CNPJ: 02.666.567/0001-27

ADITAMENTO

Processo Licitatório nº 265/2016
Pregão nº 192/2016
Registro de preços nº159/2016

1. DO OBJETO

1.1- A presente licitação tem por objeto registro de preços de equipamentos para área de saúde:

2. NOVA DATA DE ABERTURA: dia 25/11/2016 as 08:30 horas no Fundo Municipal de Saúde rua Getulio Vargas, 149, centro, ArcosMG.

2. ALTERAÇÕES: fica alterado o ANEXO I, ANEXO IV, E MINUTA DA ATA DE REGISTRO, a saber:

ITEM	PRODUTO	APRES.	QUANT.E STIMADA
1	Analisador automático para testes bioquimicos com capacidade minima de 100 amostras/hora, , minimo de 4 parâmetros, incluso na configuração; acesso randomico, totalmente automatizado. Compartimento refrigerado 24 horas para reagentes para 28 posições e 8 de amostras, no minimo, temperatura aproximada de 4 a graus C; Limpeza automatica das agulhas, detector de nível de liquidos e proteção contra colisões. Lavagem automatica interna e externa. Sistema optico com 8 comprimentos de onda:340-670nm. Diluição automatica para amostras anormais.Monitoramento do sistema e de curvas de reação em tempo real. Monitoramento do inventario de reagentes em tempo real. Roto de reação: bandeja com minimo de 34 cubetas de quartzo autolaváveis. Temperatura de operação: 37 graus C+0,1 grau C. Leitor de código de barras. Agitadores independentes; metodologias: compatíveis com as tecnicas de bioquimica e turbidimetria. programação: sistema aberto, com perfise calculos quimicos definidos pelo usuario. Software eficiente e de fácil utilização; pré e pós diluição de amostras; diluição automática perante amostra não conforme; Ligação bidirecional LIS; saída para ligação a PC; apresentação dos resultados/ processos em tempo real; apresentação do nivel dos reagenes; curva de calibração.	unidade	1

Arcos, 11 de novembro de 2016.

Pregoeira

Assessoria Jurídica

Evane Araújo Malaquias
Controle Interno